

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Stanowisko otwarte do intensywnej opieki wraz z wyposażeniem.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2016.	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
5.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
6.	Podłączenia do szpitalnej instalacji gazów medycznych poprzez gniazda systemu AGA.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	Parametry:		
1.	Podstawa jezdna z 4 kołami w tym 2 koła z blokadą.	TAK	
2.	Elektryczna regulacja wysokości stanowiska.	TAK	
3.	Płynna regulacja pochylenia stolika o min.+/-10°.	TAK	
4.	Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni, regulacja mocy grzania.	TAK	
5.	Możliwość odchylenia promiennika nagrzewającego w celu wykonania zdjęcia RTG.	TAK	
6.	Możliwość wprowadzenia kasety RTG pod materacyk.	TAK	
7.	Zegar do oceny noworodka w skali Agar w min.3 odstępach czasowych, zintegrowany ze stanowiskiem.	TAK	
8.	Oświetlenie stanowiska.	TAK	
9.	Alarmy optyczne i akustyczne.	TAK	
10.	Wyświetlacz parametrów – komunikaty w języku polskim o aktywnych alarmach.	TAK	
11.	Łatwy demontaż do mycia i dezynfekcji. Mycie i dezynfekcja ogólnodostępnymi środkami.	TAK	
12.	Ścianki boczne leża wykonane z tworzywa bezbarwnego, odporne na promieniowanie UV, odporne na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, odchylane o kąt 180°. Co najmniej jedna ścianka posiada przepust do mocowania rur i przewodów.	TAK	
13.	Dwie półki na akcesoria.	TAK	
14.	Co najmniej jedna szuflada na dodatkowe akcesoria.	TAK	
15.	Kompletny ssak zintegrowany z stanowiskiem.	TAK	
16.	Urządzenie do resuscytacji noworodka (zintegrowane z stanowiskiem) z regulowanym ciśnieniem wdechowym w zakresie co	TAK	

	najmniej 7-50 cm H <sub>2</sub> O i PEEP co najmniej do 8 cm H <sub>2</sub> O oraz z wbudowanym manometrem wskazującym ciśnienie w drogach oddechowych.		
17.	Mikser tlen/ powietrze (zintegrowany z stanowiskiem) z bezpośrednim odczytem stężenia tlenu, wyświetlacz cyfrowy.	TAK	
18.	Czujnik temperatury skóry noworodka, wielokrotnego użytku – 2 szt.	TAK	
19.	Krażki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego - 10 szt.	TAK	
III.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)