

LAS-470/1-PN/18-2016

Rybnik, dnia 22.06.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów z włókien medycznych
(zamówienie nr LAS-470-PN/18-2016)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.05.2016 r., nr 2016/S 096-172206

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

UWAGA:

PONIŻSZE ZAPISY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WSKAZUJĄ, W JAKI SPOSÓB WYKONAWCA MA SPORZĄDZIĆ OFERTĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI UJĘTYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE.

Pytanie 1: „Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów brzuszno-kroczykowych o składzie:

1 serwetka na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki celulozowe o wym. 30 cm x 20 cm

1 serwetka na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serwetka do zabiegów brzuszno-kroczykowych o wym. 230 cm x 302 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w obszarze jamy brzusznej 28 cm x 32 cm oraz otworem w okolicy krocza 10 cm x 15 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 1-3. Składa się na całej powierzchni z 2 warstw – nieprzepuszczalnej folii oraz wysokochłonnej włókniny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 2: „Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji ręki i przedramienia z 2 ręcznikami pakowanymi osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Pytanie 3: „Pakiet 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra posiadającego serwetkę górną o wym. 225 x 270 cm z wycięciem U 45 x 65 cm oraz serwetkę nieprzylepną o wym. 150 x 180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 2-3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczanego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Pytanie 4: „Pakiet 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
 - 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 150 cm
 - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 110 cm
 - 2 foliowe taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 1 serweta wzmocniona 200 x 240 cm z wycięciem "U" 10 x 80 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 175 x 260 cm (ekran anestezyjologiczny)
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 5: „Pakiet 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego posiadającego 1 taśmą samoprzylepną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Pytanie 6: „Pakiet 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego posiadającego 1 taśmę samoprzylepną oraz drugą taśmę samoprzylepną w osobnym opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Pytanie 7: „Pakiet 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm
- 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta operacyjna 150 x 150 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm
- 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm (druga taśma w osobnym opakowaniu)
- 1 serweta na kończynę 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy/szyi o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
 - 1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Pytanie 9: „Pakiet 12, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych posiadającego serwetę operacyjną o wym. 200 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź 5-9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 10: „Pakiet 5, poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestawy ułożone bezpiecznie i zapakowane opakowanie kartonowe?”

Odpowiedź 10: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie dopuszcza rozwiązania polegającego na tym, że opakowania jednostkowe (zawierające jeden zestaw) są ułożone wprost w zewnętrznym opakowaniu transportowym w postaci kartonu – zgodnie z wymaganiem załącznika nr 1.1.A opakowanie do transportu musi być podwójne, tj. opakowany jednostkowo zestaw musi być następnie

umieszczony w pierwszym opakowaniu do transportu (np. karton, worek foliowy, itp.), a to opakowanie musi być umieszczone w drugim – zewnętrznym opakowaniu transportowym (wymagany karton).

Pytanie 11: „Pakiet 5, poz. 1 Czy zamawiający dopuści narzędzie do mycia pola o długości 13,9cm?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 12: „Pakiet 5, poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestawy ułożone bezpiecznie i zapakowane opakowanie kartonowe?”

Odpowiedź 12: Odpowiedź – jak na pytanie 10.

Pytanie 13: „Pakiet 5, poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Podkład pola oper.prześcieradło 80 x 90 (niebieski SMS) - 1,0 szt.

Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową - 1,0 szt.

Serweta operacyjna jałowa 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7 cm - 1,0 szt.

Kompres gaz.niejał.17N 8W 10cmx10cm - 10,0 szt.

Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm - 1,0 szt.

Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm - 1,0 szt.

Ostrza chirurgiczne nr 20 - 1,0 szt.

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5 ml Luer - 2,0 szt.

Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer - 1,0 szt.

Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) - 2,0 szt.

Igła iniekcyjna j.u. (0,6 x 40) - 1,0 szt.

Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm - 1,0 szt.

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia – papier?”

Pytanie 14: „Pakiet 5, poz. 2 Czy jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, czy Zamawiający dopuści w zestawie:

- opakowanie typu folia – papier?

- pęsetę plastikową 13cm?

- serwetę 50/70 cm spełniającą pozostałe wymogi SWIZ?

- serwetę 50/75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm spełniającą pozostałe wymogi SWIZ?”

Odpowiedź 13-14: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.

Pytanie 15: „Pakiet 5, poz. 3 Czy zamawiający dopuści zestawy ułożone bezpiecznie i zapakowane opakowanie kartonowe?”

Odpowiedź 15: Odpowiedź – jak na pytanie 10.

Pytanie 16: „Pakiet 5, poz. 3 Czy zamawiający dopuści w zestawie:

- serwetę na stół narzędziowy o rozmiarze 90/120cm?

- serwetę o wymiarach 90/120 z samoprzylepnym otworem o średnicy 10cm?

- imadło 15cm?

- kleszczyki plastikowe 18cm?

- opatrunek 10/15cm?”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 17: „Pakiet 5, poz. 4 Czy zamawiający dopuści zestawy ułożone bezpiecznie i zapakowane opakowanie kartonowe?”

Odpowiedź 17: Odpowiedź – jak na pytanie 10.

Pytanie 18: „Pakiet 5, poz. 4 Czy zamawiający dopuści w zestawie:

- igłotrzymacz metalowy 15cm?
 - nożyczki metalowe 11,5cm?
 - serwetę 45/45cm z otworem przylepnym o średnicy 6cm lub serwetę 50/70 cm z otworem przylepnym o średnicy 6.8cm?
 - serwetę nieprzylepną 50/60cm? 5.5
- Pytać o wydzielenie.”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.


Pytanie 19: „Pakiet 5, poz. 5,6 Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?”

Odpowiedź 19: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

Pytanie 20: „Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny
grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m²”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 21: „dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 niżej opisanego zestawu?


- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 60g/m²
Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

LUB

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowe na całej powierzchni)
- 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)




Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 75g/m²
Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA”

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu tylko w zakresie zaproponowanej przez wykonawcę 2 wersji obłożenia przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 22: „dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen
Gramatura w części podstawowej 75g/m²
Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA”

Pytanie 23: „dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 1 serwety z 150x250cm z przylepnym wycięciem U 7x70cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Pytanie 24: „*dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2 i 3* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 2 i 3 serwet w rozmiarze 75x90cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Pytanie 25: „*dotyczy Pakietu nr 13 poz. 6* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 6 serwety z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź 22-25: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”), a dla pakietu nr 13 w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 26: „*dotyczy Pakietu nr 13 poz. 9* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 9 sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 22 x 75cm lub 32 x 120 cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu tylko w zakresie zaproponowanej przez wykonawcę 2 wersji osłony na kończynę, tj. w rozmiarze 32 x 120 cm – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 27: „*PAKIET NR 1 Poz. nr 1.1-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów zakładania stymulatorów serca posiadającego w swoim składzie serwetę główną z otworem w rozmiarze 15 x 15 cm lub serwetę główną w rozmiarze 170 x 250 cm z otworem o średnicy 10 cm?”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 28: „*PAKIET NR 2 Poz. nr 2.1* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu urologicznego TUR posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 100 cm lub 140 x 190 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.”

Odpowiedź 28: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu tylko w zakresie zaproponowanej przez wykonawcę 2 wersji serwety, tj. w rozmiarze 140 x 190 cm – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 29: „*PAKIET NR 3 Poz. nr 3.1-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 160 cm?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu.

Pytanie 30: „*PAKIET NR 5 Poz. nr 5.4-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zakładania szwów nie owiniętych dodatkowo w serwetę na stolik instrumentariuszki? Pozostałe parametry i skład bez zmian”

Pytanie 31: „*PAKIET NR 6 Poz. nr 6.1-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego na całej powierzchni z laminatu 2- warstwowego (folia polietylenowa-włóknina polipropylenowa)? Pozostałe parametry bez zmian.”

Pytanie 32: „*PAKIET NR 12 Poz. nr 12.2-* czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych posiadającego w swoim składzie serwetę operacyjną (z otworem) w rozmiarze 170 x 250 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.”

Pytanie 33: „**PAKIET NR 13 Poz. nr 13.1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z wycięciem U w rozmiarze 10 x 60 cm? Pozostałe parametry bez zmian”

Pytanie 34: „(**pakiet nr 3**) Czy Zamawiający dopuści serwetę z workiem do gromadzenia płynów 22x29 cm; pozostałe parametry zgodnie z wymaganiem?”

Odpowiedź 30-34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”), a dla pakietu nr 13 w formularzu cenowym w kolumnie: „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 35: „**Zadanie 2 poz.2.1:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

SKŁAD	ILOŚĆ	ROZMIAR	KSZTAŁT OTWORU	WIELKOŚĆ OTWORU	RODZAJ WYCIECIA	ROZMIAR WYCIECIA
serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec	1	240x100	OKRĄG	5; 4	WYCIEC. PÓŁOKRĄ.	11
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75				
pokrowiec na nogę	2	120x75				
taśma medyczna	4	50x9				
serweta na stół instrum.	1	190x150				
serweta na stolik Mayo	1	145x80				
serwetki do rąk	2	40x20				

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m2.”

Pytanie 36: „**Zadanie 2 poz.2.2:** Czy Zamawiający dopuści w zestawie do PCNL serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190 cm? Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo- polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.”

Pytanie 37: „**Zadanie 3 poz.3.2:** Czy Zamawiający dopuści zestaw gdzie główna serweta wykonana jest z laminatu wzmocnionego na całej powierzchni, zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.? Oraz osobno pakowane podłokietniki 2x po 1 szt. jałowe? Zamawiającemu zostanie zaoferowana jedna cena za cały komplet?”

Odpowiedź 35-37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również asortymentu opisanego w powyższych pytaniach – przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem – modyfikacją należy w załączniku nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”) nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 38: „**Zadanie 4 poz. 4.1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych:

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirurgiczną, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1szt.	260x240cm
serweta przeznaczona pod pośladki	1szt.	90x75cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
kieszka na płyny	1szt.	42x35cm

serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m²."

Pytanie 39: „Zadanie 6 poz.6.1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych w następującym składzie:

serweta z otworem prostokątnym 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1szt.	245x180cm
serweta przeznaczona pod pośladki	1szt.	90x75cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m²."

Odpowiedź 38-39: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.

Pytanie 40: „Zadanie 6 poz.6.2: Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć tą pozycję do osobnego pakietu aby zwiększyć możliwość złożenia oferty większej liczbie konkurentów?"

Odpowiedź 40: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

Pytanie 41: „Pakiet 6, poz. 6.2.: Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

- 1 szt. serwety do okrycia noworodka o wym. 80 x 60cm
 - 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny z materiału SMS o gram 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;
 - 4 szt. rękawiczki z chłonnej włókniny kompresowej o wym. 20 x 40cm
- Pozostałe składowe zestawu oraz jego parametry pozostaną bez zmian."

Pytanie 42: „Zadanie 7 poz.7.1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z fartuchami o składzie:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 2 szt. rękawiczki z chłonnej włókniny kompresowej o wym. 20 x 40cm
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony w części krytycznej (przód fartucha i rękawy do wysokości łokcia) laminatem o gramaturze 40g/m², w części mniej krytycznej z włókniny oddychającej typu SMS o gram. 35 g/m², rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;
- 2 szt. sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony w części krytycznej (przód fartucha i rękawy do wysokości łokcia) laminatem o gramaturze 40g/m², w części mniej krytycznej z włókniny oddychającej typu SMS o gram. 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe, mocowany przy szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku, który umożliwia użytkownikowi właściwe dopasowanie fartucha;"

Pytanie 43: „Zadanie 7 poz. 7.2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków kończyn dolnych o składzie:

serweta z przylepcem w wycięciu „U” 20x100cm	1szt.	260x240cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
pokrowiec na nogę	1szt.	120x37cm

kieszeń na płyny z kształtką	1szt.	40x30cm
taśma medyczna	6szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.”

Odpowiedź 41-43: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.

Pytanie 44: „Zadanie 8 poz. 8.1: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie zestawu do osobnego pakietu?”

Odpowiedź 44: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji pakietów w trakcie procedury przetargowej, ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.

Pytanie 45: „Zadanie 9 poz.9.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji ręki i przedramienia o składzie:

serweta w kształcie litery T z otworem o śr. 5cm i elementem elastycznym	1szt.	260x240cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1szt.	75x37cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m2.”

Pytanie 46: „Zadanie 9 poz.9.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji ręki i przedramienia o składzie:

serweta w kształcie litery T z otworem i elementem elastycznym	1	260x240	OKRĄG	5
taśma medyczna	1	50x9		
pokrowiec na kończynę górną pacjenta	1	75x37		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo- polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.”

Pytanie 47: „Zadanie 9 poz. 9.2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy o składzie:

serweta z elementem elastycznym i otworem o śr. 4cm	1szt.	300x240cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm

serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm
---	-------	---------

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.

Pytanie 48: „Zadanie 10 poz. 10.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów chirurgii biodra o składzie:

serweta z przylepcem w wycięciu „U” 20x100cm	1szt.	260x240cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
pokrowiec na nogę	1szt.	120x37cm
kieszek na płyny z kształtką	1szt.	40x30cm
taśma medyczna	6szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.

Pytanie 49: „Zadanie 11 poz.11.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego o składzie:

serweta z otworem elastycznym o śr. 6cm	1szt.	320x240cm
pokrowiec na nogę	1szt.	75x37cm
taśma medyczna	2szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	4szt.	40x20cm

Materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.

Pytanie 50: „Zadanie 11 poz.11.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji kończyny/stawu kolanowego o składzie:

serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	75x37		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	2	40x20		

przy czym materiał obłożenia wzmocniony jest na całej powierzchni i zbudowany z 3 warstw (folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa oraz chłonna wiskoza) o gramaturze 73g/m2.

Pytanie 51: „Zadanie 12 poz. 12.1.: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji głowy/szyi o składzie:

serweta z wycięciem „U” 7x63cm i przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1szt.	240x180cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm

serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo- polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m2.”

Pytanie 52: „Zadanie 12 poz. 12.2.: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji laryngologicznych o składzie:

serweta operacyjna z otworem owalnym 8x6cm w 1/3 długości serwety i przylepcem wokół otworu	1szt.	210x150cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum.	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1szt.	145x80cm

Materiał obłożenia na całej powierzchni zbudowany jest z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowo- polipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 56g/m2.”

Odpowiedź 45-52: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.

Uwaga: pytania od nr 53 do nr 57 dotyczą wzoru umowy.

Pytanie 53: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że >>nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia<<.”

Odpowiedź 53: Zamawiający wprowadza następującą modyfikację nadając nowe brzmienie dla § 1 ust. 4: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Ograniczenie do 70% przedmiotu umowy nie stanowi odstępstwa od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych”.

Pytanie 54: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: >>Strony mogą ponadto zmienić ceny, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy<<?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.”

Pytanie 55: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo >>opóźnienia<< zostało zastąpione słowem >>zwłoki<<? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.”

Odpowiedź 54-55: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 56: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<<? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1

wzoru umowy wyrażenie >>wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu<< zostało zastąpione wyrażeniem >>wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka<<?

Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy."

Odpowiedź 56: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru umowy odnosi się do wartości dostawy brutto w ramach danego pakietu objętej danym zamówieniem, a nie do wartości całego pakietu.

Pytanie 57: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: >>Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 lit. a, b lub c Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.<<?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron."

Pytanie 58: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1: 1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy."

Odpowiedź 57-58: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 59: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 10 pozycji nr 1 sterylne zestaw do zabiegów chirurgii biodra w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x85cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką?"

Pytanie 60: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 11 pozycji nr 1 ZESTAWY DO OPERACJI KOŃCZYNY / STAWU KOLANOWEGO:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x85cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę $\varnothing 7$ i $\varnothing 5$ cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 1 rurka drenowa o dł. 1,5 m
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką?"

Odpowiedź 59-60: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższych pytaniach.

Jednocześnie zamawiający dokonuje korekty graficznej załącznika nr 1.1.A. („Wymagania dotyczące zestawów”), polegającej na jego podziale na odrębne części dla poszczególnych pakietów – aktualna wersja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy się posłużyć tą zmodyfikowaną wersją. Wymagane jest dołączenie do oferty podpisanego załącznika nr 1.1.A tylko dla pakietów, na które wykonawca składa ofertę (załącznik nie dotyczy pakietu nr 13).

UWAGA: zmiana dotyczy tylko formy graficznej załącznika, nie obejmuje zmian merytorycznych dopuszczonych niniejszym pismem – w przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem aktualny pozostaje wymóg wskazany w poszczególnych odpowiedziach: w ww. załączniku należy nanieść dopuszczone korekty stosownie do zaoferowanego asortymentu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 28.06.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Zał. nr 1.1.A. - „Wymagania dotyczące zestawów” – aktualne brzmienie.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.