

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Panel do badania ostrości wzroku

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2016.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
5.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Urządzenie montowane na ścianie. Akcesoria potrzebne do montażu w komplecie.	TAK	
2.	Przekątna ekranu min. 15”.	TAK, podać	
3.	Zintegrowany komputer.	TAK	
4.	Sterowanie za pomocą pilota.	TAK	
5.	Dopasowywanie wielkości optotypów do odległości badania.	TAK	
6.	Dostępne testy m. in.: <ul style="list-style-type: none"> • Litery • Cyfry • Obrazki dla dzieci • Test literowy Snellena • Testy czerwono – zielone • Pierścienie Landolta • Test astygmatyzmu • Punkt fiksacyjny • Test cylindra krzyżowego • Testy kontrastowe • Testy Ishihary • Maski – pojedyncze, pionowe, poziome • Maski czerwono-zielona • Test Wilczka • Schematy anatomiczne 	TAK	
III	Wypożyczenie:		
1.	Okulary czerwono-zielone.	TAK	
2.	Pilot zdalnego sterowania.	TAK	
IV	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)