

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI – 16 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I	Wymagania ogólne dla 16 sztuk		
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany).	TAK	
2.	Klasa wyrobu medycznego.	TAK, podać	
3.	Certyfikat klinicznej walidacji.	TAK	
4.	Mycie i dezynfekcja aparatu i jego wyposażenia ogólnodostępnymi środkami.	TAK	
5.	Stetoskop dla każdego aparatu.	TAK	
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym aparatem.	TAK	
II.A	Wymagania szczegółowe dla 6 sztuk.		
1.	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi zegarowy, obudowa aluminiowa.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Liniowa skala (średnica 64 mm), zakres pomiarowy od 0-300 mmHg z podziałką co 2 mm.	TAK	
5.	Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg.	TAK	
6.	Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg.	TAK	
7.	Mankiet o rozmiarze standardowym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 24 cm do min. 32 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK, podać	
8.	Mankiet o rozmiarze dużym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 32 cm do min. 42 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK, podać	
9.	Metalowe szybkozłączki do sprawnej wymiany mankietów.	TAK	
10.	Kompletna gruszka (usztywniona łyżka ze stali nierdzewnej) z precyzyjnym chromowanym zaworem spustowym (z filtrami antykurzowymi) do ręcznej regulacji prędkości spustu.	TAK	
11.	Etui.	TAK	
II.B	Wymagania szczegółowe dla 5 sztuk.		
1.	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi zegarowy, obudowa aluminiowa.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Liniowa skala (średnica 64 mm), zakres pomiarowy od 0-300 mmHg z podziałką co 2 mm.	TAK	
5.	Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg.	TAK	
6.	Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg.	TAK	
7.	Mankiet o rozmiarze standardowym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 24 cm do min. 32 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK, podać	
8.	Mankiet dla otyłych na przedramię dla dorosłych, z wkładem jednoprzewodowym, na rzep, wymiary mankietu: długość min.: 70 cm szerokość min.: 15 cm.	TAK, podać	
9.	Metalowe szybkozłączki do sprawnej wymiany mankietów.	TAK	
10.	Kompletna gruszka (usztywniona łyżka ze stali nierdzewnej) z precyzyjnym	TAK	

	chromowanym zaworem spustowym (z filtrami antykurzowymi) do ręcznej regulacji prędkości spustu.		
11.	Etui.	TAK	
II.C	Wymagania szczegółowe dla 5 sztuk.		
1.	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi zegarowy, zamontowany na 5-cio ramiennej podstawie jezdnej, z koszykiem na akcesoria.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Średnica skali pomiarowej min.: 14,5 cm), zakres pomiarowy od 0-300 mmHg z podziałką co 2 mm.	TAK	
5.	Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg.	TAK	
6.	Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg.	TAK	
7.	Mankiet o rozmiarze standardowym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 24 cm do min. 32 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK, podać	
8.	Mankiet o rozmiarze dużym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od min.: 32 cm do min. 42 cm), zapinany na rzep, bez klamry.	TAK, podać	
9.	Metalowe szybkozłączki do sprawnej wymiany mankietów.	TAK	
10.	Kompletna gruszka z precyzyjnym chromowanym zaworem spustowym (z filtrami antykurzowymi) do ręcznej regulacji prędkości spustu.	TAK	
11.	Przewód spiralny o długości 3m.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)