

FORMULARZ CENOWY

Główice do aparatu USG typ DC-6 Expert prod. Mindray										
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent	Typ/Model	Klasa wyrobu medycznego
1	Głowica convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2,5-6,0 MHz. Przeznaczona do diagnostyki: narządów jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczej, narządów miednicy. Przeznaczona do pracy z wyżej opisanym aparatem USG, fabrycznie nowa.	szt.	1							
2	Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa o paśmie podstawowym 5-10MHz. Przeznaczona do diagnostyki: małych i powierzchownie położonych narządów, naczyniowej, nerwów, mięśniowo-szkieletowej. Przeznaczona do pracy z wyżej opisanym aparatem USG, fabrycznie nowa.	szt.	1							
Razem										

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet 2

Załącznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY

Głowica do aparatu USG typ SSA-780A prod. Toshiba

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent	Typ/Model	Klasa wyrobu medycznego
1	Sonda liniowa elektroniczna 8,0MHz, szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa: B-mode; 5,0/6,2/8,6/10,0/12,0 MHz, THI: 6,6/7,2/7,6/8,4/9,0 MHz, do badań małych narządów i przepływów naczyniowych; Doppler pulsacyjny: kolorowy, w tym: kolor Angio (Power) oraz Doppler czarno-biały, długość sondy: 58mm. Przeznaczona do pracy z wyżej opisanym aparatem USG, fabrycznie nowa.	szt.	1							

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)