

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

PAKIET NR 7 ZESTAWY DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWYCH

1. Sterylny zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stoika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta brzuszno-krocza z wzmocnieniem w ułożeniu ginekologicznym, z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. min. 230x250 cm z dwoma oknami: samoprzylepne okno-jama brzuszna o wym. min. 18 x 28 cm i nieprzylepne okno - krocze o wym. min. 9 x 12 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

PAKIET NR 8 ZESTAW DO ZNIECZULENIA

1. Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina.
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta samoprzylepna dwuwarstwowa min. wym. 50 x 50 cm
- 1 szt. narzędzie do mycia pola operacyjnego plastikowe, proste 12 cm
- 5 szt. tupferów z gazy bawełnianej 20 nitkowej o min. wym. 24 x 24 cm.
- 10 szt. kompresów gazowych min. 12 warstwowych 17 nitkowych min. 7,5 x 7,5 cm

PAKIET NR 9 ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW

1 Sterylny zestaw do zakładania szwów

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson;
- min. 3 szt. tampony z gazy bawełnianej min. 15 x 15 cm;
- 1 szt. igłotrzymacz metalowy 12-14 cm;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

- 1 szt. nożyczki metalowe dł.min.11 cm;
- 1 szt. serweta włókninowa min. 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem min. 5 cm x 8 cm;
- 1 szt. serweta włókninowa nieprzylepna min. 45 cm x 60 cm.
- 1 szt. kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

PAKIET NR 10 ZESTAW DO ZAMYKANIA RAN

1.Sterylny zestaw do zamykania ran

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 160 cm
- 4 samoprzylepne serwety operacyjne o min wym. 75 x 75 cm

PAKIET NR 11 ZESTAW DO OPERACJI REKI I PRZEDRAMIENIA

1.Sterylny zestaw do operacji ręki i przedramienia

Opis przedmiotu zamówienia:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do obłożenia ręki w kształcie litery T z wbudowanym nakryciem stolika bocznego do ułożenia kończyny, o min wym. 270 x 350 cm, z samouszczelniającym się otworem o min śr. 3 cm i wzmocnieniem
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika narzędziowego o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)