

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Laktator elektryczny – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Laktator elektryczny przeznaczony do pracy w warunkach szpitalnych.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Rok produkcji 2018 lub 2019.	TAK	
5.	Urządzenie fabrycznie nowe.	TAK	
6.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry i wyposażenie każdego laktatora:		
1.	Przystosowany do pracy ciągłej (24h/dobę).	TAK	
2.	Do wyboru przez użytkownika dwa programy: <ul style="list-style-type: none"> <li>Program przeznaczony do stymulacji laktacji (np.: dla mam wcześniaków lub z opóźnioną laktacją),</li> <li>Program przeznaczony do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie.</li> </ul>	TAK	
3.	Płynna regulacja siły ssania.	TAK	
4.	Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia.	TAK	
5.	Bardzo cicha praca.	TAK	
6.	Urządzenie zabezpieczone przed przedostaniem się mleka do środka - separacja mediów.	TAK	
7.	Kompletny zestaw osobisty wielokrotnego użytku, autoklawowalny w temperaturze 134°C – 5 szt.	TAK	
8.	Statyw na 2 butelki.	TAK	
9.	Statyw jezdny.	TAK	
10.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)