

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, faks 032 4291225.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** naprawa angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg (zamówienie TAM-577-WR/3-2014).

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie obejmuje naprawę angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg. Umowa została zawarta bezpośrednio po zakończeniu postępowania; cena podana w punkcie IV.6) jest ceną brutto.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.42.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Część NR:** 1

**Nazwa:** naprawa angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 29.08.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Siemens Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 189900,80 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 198940,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 198940,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 198940,00
- **Waluta:** PLN.

### ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z ww. przepisem zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie może - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - być realizowane tylko przez jednego wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest naprawa angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg. Skoro podmiot Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie otrzymał upoważnienie (autoryzację) Siemens potwierdzającą, że ww. spółka Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została ustanowiona wyłącznym przedstawicielem spółki Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, Monachium, Republika Federalna Niemiec, w zakresie wyrobów umownych (tj. wyrobów, urządzeń i usług serwisowych wprowadzanych do obrotu przez określone działy Siemens) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała wyłączne prawa sprzedaży ww. umownych wyrobów na tym terytorium, to uznać należy, iż: - istnieje wyłącznie jeden wykonawca, który może wykonać przedmiot zamówienia w postaci naprawy angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg; - okoliczność ta

uzasadniona jest przyczynami technicznymi o obiektywnym charakterze, bowiem zgodnie z treścią autoryzacji, wyłącznie ww. podmiot dysponuje możliwością dostarczenia uszkodzonej części - tj. lampy, wraz z realizacją usługi jej wymiany i zapewnienia skutecznej naprawy urządzenia, co jest okolicznością wprost dotyczącą techniki wykonania naprawy. Ponadto zamawiający, jako użytkownik ww. wyrobu medycznego (jakim jest angiograf), zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., a dokumentacja dotycząca tego urządzenia (wyprodukowanego przez Siemens Aktiengesellschaft), tj. zapisy w instrukcji obsługi - wskazują w przypadku wadliwego funkcjonowania urządzenia jako właściwy - serwis firmy Siemens. Opisane przesłanki wskazują na możliwość zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dostawy, usługi [...]) mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze)