

**Charakterystyka myjni endoskopowej  
(1 sztuka)**

Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis
		(wg kolumny „Wymogi”)
<b>I. Wymagania ogólne:</b>		
1. Producent.	podać	
2. Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3. Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II. Wymagania szczegółowe:</b>		
1. Myjnia służy do automatycznego mycia i termochemicznej dezynfekcji niżej wymienionych endoskopów posiadanych przez Szpital: 1) wideogastroskopy typ GIF-Q165 2) wideokolonoskopy typ CF-Q 165L 3) bronchofibroskopy typ P40 4) nasofaryngolaryngoskopy typ T3 Wymienione endoskopy są produkcji Olympus.	TAK	
2. Dzierżawiona myjnia posiada możliwość mycia dwóch endoskopów jednocześnie.	TAK	
3. Każdy cykl musi być zgodnie z procedurami udokumentowany. Na tę okoliczność Szpital posiada system archiwizacji typ Endoskan 2 produkcji Olympus. Zamawiający informuje, że myjnia endoskopowa będąca przedmiotem dzierżawy w niniejszym postępowaniu musi być z ww. systemem kompatybilna. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej myjni pod warunkiem wydierżawienia ww. systemu archiwizacji z możliwością wydruku bądź innego równoważnego pod względem funkcjonalności zastosowania.	TAK - myjnia kompatybilna z systemem Endoskan 2	
	lub	
	Wykonawca wydierżawia system archiwizacji z możliwością wydruku bądź inne równoważne pod względem funkcjonalności zastosowanie	
	W tym przypadku należy podać dane:	
	System archiwizacji  Producent: ..... Typ / model oferowanego systemu ..... Klasa wyrobu medycznego: .....	
4. Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.	TAK	
<p>Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.</p> <p>.....</p> <p>(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)</p>		