

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 1

Proteza bipolarna cementowa i panewka cementowana

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1	<p><u>Głowa:</u> Metalowa, 28mm, przynajmniej trzy rozmiary długości szyjki.</p> <p><u>Głowa bipolarna:</u> Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42÷44) - 62mm o zmiennej średnicy zewnętrznej. Wymaganych jest 10 rozmiarów w tym skrajne. Średnica wewnętrzna głowy bipolarnej 28mm, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający, skonstruowany w taki sposób, że możliwe jest założenie głowy wewnętrznej a następnie bipolarnej, czyli bez konieczności celowania głową wewnętrzną i bipolarną jako modułem na konus trzpień.</p> <p><u>Trzpień:</u> Prosty, gładki, polerowany z centralizatorem w kształcie podwójnego klina w pełnym zakresie rozmiarów producenta lub trzpień prosty, bezkolnierzowy, w kształcie podwójnego klina, samocentryujący się dzięki swojemu kształtowi w kanale kości udowej</p> <p><u>Korek do kanału:</u> Pełny asortyment producenta.</p> <p><u>Panewka:</u> polietylenowa, cementowana</p>							
1.1	głowa bipolarna	70						Po 2 szt. z każdego rozmiaru (łącznie 20 szt.)
1.2	głowa wewnętrzna	84						Po 2 szt. z 3 różnych rozmiarów (łącznie 6 szt.)
1.3	trzpień	84						6 szt., w tym rozmiary najniższe
1.4	korek	84						4 szt.
1.5	panewka	21						8 szt.
Razem:								

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1, scharakteryzowanej następująco:
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 2

Endoproteza stawu kolanowego

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent oraz nazwa handlowa i numer katalogowy	Depozyt
1.	Endoproteza stawu kolanowego cementowana, anatomiczna umożliwiającą usunięcie obu więzadeł krzyżowych PS. Część udowa i piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego lub tytanu. Część udowa w minimum 5 rozmiarach. Taca piszczelowa uniwersalna lub anatomiczna - prawa i lewa, w minimum 5 rozmiarach. Podkładki pod tacę piszczelową połowicze, przyśrodkowe. Możliwość rozbudowy o trzpień 80-100 mm (odpowiednio; w minimum 5 rozmiarach, anatomiczne - prawe i lewe lub uniwersalne). Wkładka piszczelowa o grubości minimalnej 8÷10 mm do co najmniej 18 mm - przynajmniej 5 rozmiarów.							
1.1	Część udowa prawa i lewa PS	70						
1.2	Taca piszczelowa	70						min. 5 rozmiarów tj.5 lewych i 5prawych (łącznie 10 szt.)
1.3	Wkładka polietylenowa PS	70						min. 5 rozmiarów tj.dla tacy anatomicznej: 5 lewych i 5prawych (łącznie 10 szt.), dla tacy uniwersalnej : łącznie 5 sztuk
1.4	Trzpień piszczelowy 80-100 mm	12						20 szt
1.5	Podkładka pod tacę piszczelową połowicza przyśrodkowa	12						min. 5 rozmiarów tj.dla trzpienia anatomicznego: 5 lewych i 5prawych (łącznie 10 szt.), dla trzpienia uniwersalnego : łącznie 5 sztuk
2.	Ostrze jednorazowe do piły odpowiedniej długości i grubości adekwatnej do przymiaru tnącego	70						min. 5 sztuk
Razem:								3 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 2, scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy. W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:

- piła chirurgiczna akumulatorowa,
- wiertarka chirurgiczna akumulatorowa.

Powyższe urządzenia powinny być dostarczone wraz z wyposażeniem dedykowanym do przeprowadzenia pojedynczego zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego.

<p>Dane oferowanej piły chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>Dane oferowanej wiertarki chirurgicznej akumulatorowej (wypełnić dla wszystkich elementów wyposażenia odrębnie - powtórzyć tabelę odpowiednią ilość razy):</p> <p>1.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>
<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>2.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>
<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>	<p>3.</p> <p>Nazwa elementu wyposażenia:</p> <p>Producent:</p> <p>Typ / model oferowanego urządzenia:</p> <p>Klasa wyrobu medycznego:</p>

Uwaga: Dopuszczalne jest zaoferowanie zarówno dwu odrębnych urządzeń, jak i jednego napędu z 2 końcówkami: końcówką do zamocowania ostrza piły oraz uchwytem do frezu panewkowego. Powyższą tabelę należy wypełnić odpowiednio, tak żeby wynikało z niej którą wersję zaoferowano oraz by zawierała wszystkie wymagane dane dla oferowanej wersji.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny (nie dotyczy instrumentarium, ani użyczanych urządzeń).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)