

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Ssak – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	Informacje ogólne:		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2015.	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
5.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego	podać	
II.	Parametry:		
1.	Ssak elektryczny na kolumnowej podstawie jezdnej, wykonanej ze stopów niekorodujących, z czterema kołami w tym min. dwa koła z hamulcami oraz z metalową lub z tworzywa sztucznego szyną na akcesoria.	TAK, podać czy oferowana jest szyna metalowa czy z tworzywa sztucznego parametr punktowany	
2.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę.	TAK	
3.	Obudowa ssaka odporna na środki dezynfekcyjne.	TAK	
4.	Wskaźnik zasilania LED.	TAK/NIE, podać czy oferowany jest wskaźnik zasilania LED parametr punktowany	
5.	Podciśnienie max. nie mniejsze niż 85 kPa.	TAK, podać	
6.	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny) nie mniejsza niż 30 l/min.	TAK	
7.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia.	TAK	
8.	Pompa niskoobrotowa (do 100 obr/min), bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.	TAK	
9.	Cicha praca – max do 47 dB.	TAK, podać wartość w dB parametr punktowany	

10.	Włącznik/wyłącznik nożny wbudowany w podstawę jezdnią lub włącznik/wyłącznik wbudowany w pulpit.	TAK, podać gdzie jest wbudowa- ny włącznik / wyłącznik parametr punktowany	
11.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed zaciągnięciem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylaniem się ich poza układ ssący.	TAK	
12.	Zbiornik zabezpieczający o pojemności z zakresu 0,25 – 0,8 litra.	TAK	
13.	Uchwyt na szynę, pozwalający zawiesić kompletny zbiornik wielorazowego użytku do wkładów jednorazowych prod. Serres – 2 sztuki do każdego urządzenia	TAK	
14.	Uchwyt na dren do zawieszenia na szynie.	TAK	
15.	Dren silikonowy długość min 2 m.	TAK	
III.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna o ile nie jest w języku polskim (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)