

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## URZĄDZENIE DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU RZUTU SERCA – 2 SZTUKI

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE:</b>			
1.	Aparat do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2015.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego aparatu.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Oprogramowanie w języku polskim.	TAK	
6.	Monitor dotykowy o przekątnej ekranu min. 8”.	TAK, podać	
7.	Wizualizacja parametrów.	TAK, podać	
8.	Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku excel.	TAK	
9.	Waga aparatu max. do 3 kg.	TAK, podać	
<b>II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:</b>			
1.	Ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi tętniczej i parametrów hemodynamicznych.	TAK	
2.	Parametry monitorowane lub wyliczane: a) Ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, b) Rzut serca, c) Wskaźnik rzutu serca, d) Systemowy opór naczyniowy, e) Objętość wyrzutowa.	TAK	
<b>III. WYPOSAŻENIE:</b>			
1.	Statyw jezdny do zamocowania urządzenia – na każde urządzenie.	TAK	
2.	Mankiety pomiarowe w trzech rozmiarach umożliwiające ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi tętniczej i parametrów hemodynamicznych – na każde urządzenie.	TAK	
<b>IV. DOKUMENTACJA:</b>			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)