

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA URETERORENOSKOPIU – 2 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
|------|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Producent. | podać | |
| 2. | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać | |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzie, rekondukcjonowane). | TAK | |
| 4. | Klasa wyrobu medycznego. | podać | |
| 5. | Kąt patrzenia 6° lub 7° lub 8°, maksymalna średnica zewnętrzna 9.8 Fr, długość robocza 425 lub 430 mm, kanał roboczy pozwalający na wprowadzenie narzędzia o średnicy zewnętrznej minimum 5.0 Fr wyposażony w łącznik dwudrożny i uszczelki, autoklawowalny, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urologicznymi zestawami endoskopowymi prod. Olympus. | podać | |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z narzędziem. | TAK | |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)