

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA URETROCYSTOSKOPU – 1 sztuka

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzie używane, rekondycjonowane).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Uretrocystoskop kompaktowy, kąt patrzenia 25° lub 30°, maksymalna średnica zewnętrzna 17 Charr, długość robocza 225mm lub 230 mm, kanał roboczy o średnicy minimum 7 Charr, autoklawowalny, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urologicznymi zestawami endoskopowymi prod. Wolf.	podać	
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z narzędziem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)