

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do pomiaru ciśnienia krwi –25 sztuk

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I Wymagania ogólne dla 25 sztuk			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, używany).	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.A Wymagania szczegółowe dla 13 sztuk.			
1.	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi zegarowy.	TAK	
2.	Manometr wskazówkowy o zakresie pomiarowym 0-300 mmHg.	TAK	
3.	Mankiet o rozmiarze standardowym dla dorosłych (dla obwodu przedramienia w zakresach od 22-33 cm do 22-41 cm), z wkładem dwuprzewodowym, zapinany na rzep, bez klamry.	TAK, podać	
4.	Kompletna gruszka z zaworem spustowym do ręcznej regulacji prędkości spustu.	TAK	
II.B Wymagania szczegółowe dla 12 sztuk.			
1.	Aparat do pomiaru ciśnienia krwi zegarowy.	TAK	
2.	Manometr wskazówkowy o zakresie pomiarowym 0-300 mmHg.	TAK	
3.	Mankiet o rozmiarze standardowym dla dorosłych, z wkładem dwuprzewodowym, zawijany.	TAK	
4.	Kompletna gruszka z zaworem spustowym do ręcznej regulacji prędkości spustu.	TAK	
III Wyposażenie dla 25 sztuk.			
1.	Stetoskop.	TAK	
2.	Etui.	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)