

**\*SPECYFIKACJA TECHNICZNA\***  
**DOSTAWA LAMPY CZOŁOWEJ – 2 sztuki.**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I Wymagania ogólne.</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2015 lub 2016	podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, (wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondukcjonowany, używany).	TAK	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II Wymagania szczegółowe.</b>			
1.	Zasilanie akumulatorowe typu AAA..	TAK	
2.	Pojemnik na akumulatory zaczepiony na opasce z tyłu głowy.	TAK	
3.	Przełącznik włącz/wyłącz znajduje się na pojemniku na akumulatory.	TAK	
4.	Ładowanie akumulatorów bez konieczności wyjmowania ich z lampy - gniazdo do ładowania akumulatorów zintegrowane w pojemniku na akumulatory.	TAK	
5.	Czas świecenia na naładowanych maksymalnie akumulatorach do minimum 4 godzin.	TAK	
6.	Lusterko o średnicy 55 mm.	TAK	
7.	Światło LED o mocy 1W i temperaturze barwowej 5500 K.	TAK	
8.	Regulacja wielkości pola zabiegowego oraz wiązki światła.	TAK	
9.	Łącznik kulowy pozwalający dowolnie ukierunkować strumień światła.	TAK	
10.	Opaska czołowa z regulacją.	TAK	
<b>III Wyposażenie.</b>			
1.	Komplet akumulatorów.	TAK	
2.	Ładowarka.	TAK	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
 do reprezentowania wykonawcy)