



LAS-379/3-NS/220-2016

Rybnik, dnia 17.05.2016 r.

Dotyczy postępowania na:

dostawy laryngoskopów światłowodowych oraz źródeł światła

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

W związku z wniesionym przez wykonawcę zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podaną modyfikację.

Pytanie 1: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie laryngoskopu światłowodowy jednorazowego użytku zespolonego z rękojeścią stanowiącą jednolity nie rozbieralny element wykonany z białego polipropylenu niewrażliwego na temperaturę (rękojeść plus łyżka trwale połączone ze sobą), charakteryzujący się zwartą i mocną konstrukcją odporną na skręcenia i złamanie. Rozmiary: 1, 2, 3, 4; posiadającą własne zintegrowane źródło światła wraz z zasilaniem zespolone z rękojeścią (akumulatory wbudowane wewnątrz rękojeści) – światło LED charakteryzujące się jednolitym, bardzo jasnym światłem, pozwalającym na długi okres użytkowania. Jednocześnie w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwszą część pytania wnosimy o wykreślenie pozycji nr 2 z pakietu, gdyż każdy laryngoskop posiada własne źródło zasilania.”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. Jednocześnie zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia oraz czas realizacji niniejszego zamówienia – aktualne brzmienie formularza cenowego oraz wzoru umowy stanowi załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego pisma.

Sporządzając ofertę należy się posłużyć zmodyfikowanym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma – pod rygorem odrzucenia oferty.

W związku z powyższym aktualny pozostaje termin składania ofert przedłużony pismem nr LAS-LAS-379/2-NS/220-2016 z dnia 05.05.2016 r., tj. do dnia 18.05.2016 r. do godziny 14.00.

Zamawiający informuje, iż oferty sporządzone z użyciem pierwotnej wersji formularza cenowego podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z aktualnym – zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia.

Dla uniknięcia odrzucenia oferty wykonawcy, którzy wcześniej złożyli oferty nie uwzględniające ww. modyfikacji mają możliwość zmiany poprzez złożenie kolejnej oferty z informacją, że stanowi ona zmianę do oferty wcześniej złożonej, tak by jednoznacznie wynikało ze złożonych dokumentów, jaka jest ostateczna wiążąca oferta wykonawcy.

Załącznik:

1. Formularz cenowy – wersja zmodyfikowana.
2. Wzór umowy – wersja zmodyfikowana.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				