



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Rybnik, 28.03.2025r

Wyjaśnienia do złożonego zapytania

Dotyczy: „**Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.04.2025 r. do 31.03.2027 r. w zakresie badań laboratoryjnych**”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku informuje, że do postępowania konkursowego wpłynęły pytania, poniżej podano treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1: „Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.03.2025 r. lub 01.04.2025 r.”

Odpowiedź 1: Udzielający zamówienia przedłuża termin składania ofert **do dnia 01.04.2025 r do godz. 11.00.**

Pytanie nr 2: „Prosimy o możliwość składania ofert drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail (wraz z instrukcją składania przedłożoną przez Zamawiającego).”

Odpowiedź 2: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w szczegółowych warunkach konkursu ofert, czyli oferta powinna być złożona w formie papierowej.

Pytanie nr 3: „Dla badania poz. 31.Czynnik V Leiden, Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje wykonania aktywności czynnika V, czy badania genetycznego w kierunku mutacji Leiden?”

Odpowiedź 3: Udzielający zamówienia wymaga badania mutacji czynnika V Leiden metodą PCR.

Pytanie nr 4: „Czy dla badania poz. 42. Helicobacter pylori w kale, Zamawiający wymaga wykrywania antygeny w kale?”

Odpowiedź 4: Udzielający zamówienia wymaga wykrywania antygeny Helicobacter pylori w kale.

Pytanie nr 5: „Czy dla badania poz. 57. Krztusiec (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis) różnicowanie met. PCR, jakościowo, Zamawiający wymaga wykrywanie DNA Bordetella pertussis oraz Bordetella parapertussis?”

Odpowiedź 5: Udzielający zamówienia wymaga testu różnicującego Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis wykonywanego met. PCR, jakościowo.

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90


Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 429-12-88

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72



Pytanie nr 6: „Dla badania z poz. 65. Narkotyki panel w moczu, jakościowe, prosimy o doprecyzowanie jaki zestaw w panelu wymaga Zamawiający”

Odpowiedź 6: Udzielający zamówienia wymaga w zestawie najczęściej stosowanych środków, w tym minimum: heroína, kokaina, marihuana, amfetamina, matamfetamina, ecstasy.

Pytanie nr 7: „Dla badania z poz. 70. Panel met. PCR infekcje PMR – 14 patogenów (bakterie, wirusy, grzyby), Proponujemy badanie: Wykrywanie mat. gen: HSV1, HSV2, VZV, CMV, HHV6, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowirusa, parechowirus,. Czy Zamawiający wyraża zgodę”

Odpowiedź 7: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 8: „Dla badań z poz. 71. Parwovirus B19 IgG met. ELISA oraz 72. Parwovirus B19 IgM met. ELISA, zamawiający dopuszcza wykonanie badania metodą CLIA?”

Odpowiedź 8: Udzielający zamówienia nie wymaga, ale dopuszcza wykonanie badania metodą CLIA.

Pytanie nr 9: „Dla badania z poz. 75. P/c p. błonie podstawnej kłęb. Nerkowych (anty-GMB) met. IIF, Zamawiający wymaga wykonania metodą ELISA?”

Odpowiedź 9: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert .

Pytanie nr 10: „Prosimy o doprecyzowanie metody wykonania badania dla badania z poz. 87. P/c p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowych żołądka (APCA) met. IIF”

Odpowiedź 10: Udzielający zamówienia wyjaśnia, że metoda IIF to metoda immunofluorescencji pośredniej.

Pytanie nr 11: „ Dla badania z poz. 112. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 13 gatunków patogenów. Proponujemy panel 12 patogenów, w związku z propozycją 70, w której zaproponowano panel zawierający 14 patogenów. Czy Zamawiający wyraża zgodę?”

Odpowiedź 11: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 12: „Prosimy o doprecyzowanie metody wykonania badania dla badania: poz. 90. P/c p. komórkom okładzinowych żołądka (APCA) met. IIF, poz. 93. P/c p. receptorom acetylocholin (anty-ACHR) met. RIA,

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 429-12-88

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72



poz. 95. P/c p.transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgG i IgA met. CLIA

poz. 96.P/c p.transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgG met. CLIA

poz. 97.P/c p.transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA met. CLIA"

Odpowiedź 12: Udzielający zamówienia wyjaśnia, że metoda:

- IIF to metoda immunofluorescencji pośredniej
- RIA to metoda radioimmunologiczna
- CLIA to chemiluminescencyjny test immunologiczny

Zastosowanie metody dla wykonywanego testu Zamawiający opisał w poz. 90, 93, 95, 96, 97.

Pytanie nr 13: „Dla badania z poz. 113 Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3, Proponujemy badanie: Mózgowa arteriopatía z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią - CADASIL- Badanie mutacji w eksonie 4 genu NOTCH3 – I etap procedury diagnostycznej. Czy zamawiający wyraża zgodę?”

Odpowiedź 13: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 14: „Dla badania z poz. 117. FTA. Proponujemy badanie: Test kiłowy (Treponema pallidum) - FTA IgG i IgM jakościowo. Czy zamawiający wyraża zgodę?”

Odpowiedź 14: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 15: „Dla badania z poz. 118.FTA-ABS. Proponujemy badanie: Test kiłowy (Treponema pallidum) - FTA IgG i IgM jakościowo. Czy zamawiający wyraża zgodę?”

Odpowiedź 15: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 16: „Dla badania z poz.120 Preparat AFB met. Ziehla-Neelsona, Proponujemy badanie: Wykrywanie prątków kwasoopornych metodą mikroskopową. Czy zamawiający wyraża zgodę?”

Odpowiedź 16: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 17: „Dla badania z poz. 121. Badanie mikrobiologiczne w kierunku gruźlicy (posiew). Proponujemy posiew metodą automatyczną. Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku wykrycia prątków gruźlicy zamawiający oczekuje również wykonania identyfikacji?”

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90


Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 429-12-88

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Odpowiedź 17: Udzielający zamówienia wymaga wykonania badań zgodne z rekomendacjami WHO, ECDC i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Pytanie nr 18: „Prosimy o doprecyzowanie metody dla badań z poz. 122, 123, 124 oraz 125 , a także czy w przypadku wykrycia prątków gruźlicy zamawiający oczekuje również wykonania identyfikacji?”

Odpowiedź 18: Udzielający zamówienia wymaga wykonania badań zgodne z rekomendacjami WHO, ECDC i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Pytanie nr 19: „ Dla badania z poz. 133. Gruźlica z określeniem wrażliwości na ryfampicynę i izoniazyd oraz inne prątki niegruźlicze met. Real Time-PCR, proponujemy wykonanie badania na wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex i oporności na rifampicynę. Czy Zamawiający wyraża zgodę?”

Odpowiedź 19: Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy ujęte w dokumentach dot warunków konkursu ofert i nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 20: „Prosimy o doprecyzowanie z jakiego systemu i jakiego producenta Zamawiający będzie wysyłał zlecenia w protokole HL7 do Przyjmującego Zamówienie dla badań objętych przedmiotowym konkursem ofert? Czy należy dokonać integracji z systemem HIS (Opitimed NXT Comarch S.A.) czy z LIS (Laboratorium Infomedica Asseco S.A.), czy z obydwoma systemami?”

Odpowiedź 20: Zamawiający będzie wysyłał zlecenia do Przyjmującego Zamówienie dla badań objętych przedmiotowym konkursem ofert z systemu HIS (Opitimed NXT Comarch S.A.). Prosimy wykonać integrację z tym systemem z wykorzystaniem protokołu HL7 CDA. Zamawiający nie wymaga integracji z systemem LIS (Laboratorium Infomedica Asseco S.A.).

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kowalski

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 32 429-12-99

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 429-12-88

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 32 429-26-19

Fax: 32 422-82-72

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

okre