

PAKIET NR 5 ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY / STAWU KOLANOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do operacji kończyny o min. wym. 320 x 220 cm i z samouszczelniającym otworem o średnicy 7-8 cm.
- 1 osłona na kończynę o min.wym.30 x 55 cm
- min. 2 taśmy samoprzylepne o min.wym.9 x 50 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
- 1 szt. serweta na stół Mayo o min. wym. 78 x 140cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150x170cm

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 6 ZESTAWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH

6.1. Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo owym. min. 80 x 140 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm
- 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 170 x 170 cm
- 2 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 75 x 90 cm
- 1 szt. uchwyt typu rzep o wym. min. 2 x 22 cm
- min. 2 szt. ręcznik celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm
- 1 szt. fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m² rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe
- 2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35g/m² rozmiar L, szwy ultradźwiękowe

6.2. Sterylny zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.

- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o gramaturze min. 74g/m²: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x140 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 170 x 250 cm
- 1 szt. serweta nieprzylepna min.wym.150 x 200 cm
- min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

....., dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)