

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Komory do transportu pacjentów chorych zakaźnie – 5 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
|------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | INFORMACJE OGÓLNE: | | |
| 1. | Komory wielorazowego użytku do transportu pacjentów chorych zakaźnie. | TAK | |
| 2. | Urządzenia fabrycznie nowy, rok produkcji – 2021. | TAK | |
| 3. | Producent. | podać | |
| 4. | Typ/model. | podać | |
| 5. | Klasa wyrobu medycznego. | podać | |
| 6. | Komora hermetyczna umożliwiająca transport pacjentów zakaźnych w warunkach podciśnienia. | TAK | |
| II. | PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE: | | |
| 1. | Komora wykonana z poliuretanu o grubości min. 300 mikronów . | TAK, podać | |
| 2. | Komora wyposażona w szczelny zamek błyskawiczny umożliwiający jej otwieranie i zamykanie. | TAK, podać | |
| 3. | Komora wyposażona w sprężarkę podciśnieniową z akumulatorem. | TAK | |
| 4. | System alarmów: min. dźwiękowy, wizualny, wibracyjny wskazujący na zatkanie filtra i niski poziom naładowania baterii. | TAK | |
| 5. | Praca na akumulatorze: min. 7 godzin . | TAK, podać | |
| 6. | Czas ładowania: maks. 6,5 godziny . | TAK, podać | |
| 7. | Przepływ w zakresie około: 150-200 l/min (+/- 5 l/min.) . | TAK, podać | |
| 8. | Wymiary po rozłożeniu komory [dł. x szer. x wys.] około: 2050x750x500 mm (+/-10 mm) . | TAK, podać | |
| 9. | Waga komory: max. 8 kg . | TAK, podać | |
| III | WYPOSAŻENIE: | | |
| 1. | Komora wyposażona w komplet filtrów P3 (jednorazowego użytku). | TAK | |
| 2. | Filtry filtrujące toksyczne, rakotwórcze i niskopoziomowe cząstki radioaktywne (min. 99,95% cząstek między 0,3 µm a 30 lpm). | TAK, podać | |
| 3. | Minimalne wymagane wyposażenie każdej komory: <ul style="list-style-type: none"> • 6 filtrów P3 filtrujących powietrze, • 2 porty z rękawicami umożliwiające kontakt z pacjentem, • 2 porty umożliwiające podłączenie sprzętu medycznego (wlewy/maska tlenowa), • 3 pasy do stabilizacji pacjenta, • komplet prętów potrzebnych do rozłożenia komory, • torba transportowa. | TAK, podać | |
| IV | Dokumentacja: | | |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - do- | TAK | |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| | starczyć wraz z urządzeniem. | | |
| 2. | Deklaracja zgodności CE, potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny oznakowany jest znakiem CE. | TAK | |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)